

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia należał do Medycznej Klasy IIa czy dopuszcza niższą klasę I?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia należał do Medycznej Klasy IIa.

Pytanie nr 2

Jakiej klasy czystości oczekuje Zamawiający? Czy wymaga wyrobów sterylnych radiacyjnie (sterile - R) czy dopuszcza wyroby aseptyczne lub sterylizowane gazowo?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyrobów sterylnych radiacyjnie (sterile - R)

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający w poz. 2 dopuszcza pałeczka z wacikiem wykonany z waty wiskozowej?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści pałeczki o długości 150 mm, średnicy probówki 12 mm oraz średnicy wacika 5 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający w pozycji 1 wymaga pałeczki w probówce bez podłoża?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga pałeczki w probówce bez podłoża

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści pałeczki indywidualnie pakowane w tzw. listkach?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający wymaga oferty złożonej elektronicznie i podpisanie jej kwalifikowanym podpisem, czy oferta ma być złożona w formie elektronicznej, ale podpisana odręcznie?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby oferta była złożona w formie elektronicznej, podpisana odręcznie.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w projekcie umowy zapisu, że zmiany umowy mogą nastąpić również w przypadku, gdy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający dopuści, po każdorazowej konsultacji z Zamawiającym w razie zaistnienia niniejszej sytuacji, możliwość zaoferowania zamiennika produktu w trakcie realizacji umowy, o innej nazwie, kodzie i/lub sposobie opakowania produktu oraz zbliżonych parametrach jakościowych w stosunku do produktu zaoferowanego w danej pozycji oferty w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jest on niedostępny u producenta? W przypadku innego sposobu pakowania (konfekcji), cena za opakowanie zbiorcze oferowanego zamiennika zostałaaby przeliczona w ten sposób, że cena za sztukę lub oznaczenie zamiennika byłaby równa cenie za sztukę lub oznaczenie produktu znajdującego się danej pozycji umowy.

Uzasadnienie: Wprowadzenie niniejszego zapisu pozwoli zarówno na zabezpieczenie ciągłości procesu diagnostycznego i uchroni, zarówno Zamawiającego oraz Wykonawcę przed nieoczekiwanymi oraz niezależnymi od nich skutkami wypadków losowych, do których mogą należeć: czasowa awaria linii produkcyjnej u producenta, czasowe wycofanie produktu przez producenta brak dostępności surowców, niekorzystne zmiany makroekonomiczne czy wpływ klęsk żywiołowych?

Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia umowę o zapis:

„Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczania przez Wykonawcę, po uprzednim wykazaniu przez Wykonawcę zaistnienia szczególnych okoliczności (np. wstrzymanie lub zakończenie produkcji) oraz wyrażeniu zgody przez Zamawiającego, odpowiedników towarów objętych umową, o parametrach nie gorszych niż te towary, w cenach rynkowych nie wyższych jednak niż ustalone w wyniku postępowania przetargowego.”

Pytanie nr 10

(§ 5) Czy Zamawiający dopuści zmianę określenia "opóźnienie" na "zwłoka"?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wyższe.

Pytanie nr 11

(§ 5 ust. 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczania kar od wartości NETTO niezrealizowanej części dostawy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 12

(§ 5 ust. 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 10% wartości NETTO niezrealizowanej części umowy? Uzasadnienie: Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 13

(§ 5 ust. 1) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu kar umownych, których suma nie przekroczy 10% wartości netto przedmiotu Umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 14

Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści wymazówki o parametrach śr. próbówki 13 cm, śr. wacika ok 5 mm, długość całkowita ok 15-16 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Mirosława Bączkowska
Specjalista